

HANSATON scout 5.5

用户指南



HANSATON scout 5.5 验配软件以下简称“HANSATON scout”或“该验配软件”或“验配软件”。

目录

结构和介绍	3
工作流选择	4
准备助听仪器	5
顾客菜单	5
设备菜单	6
验配菜单	7
结束验配菜单	9
数据实录菜单	10
曲线显示选项	10
主菜单	10
重要安全信息	11
合规信息和符号说明	14
系统要求	16

结构和介绍

本验配软件的介绍通常按照从上到下、从左到右的顺序。

主菜单选项

文件.....	导入顾客 导出顾客 打印	软件更新 保存 关闭会话 关闭 HANSATON scout
助听仪器.....	保存 测试模式 验证模式 助听器更新	助听器维修/重置 转移验配 删除无线配对
选项.....	偏好设置 iCube 配置	辅件固件更新 更改 uDirect 2 语言包
帮助.....	在线帮助和支持 使用指南 创建培训会话 联系我们	HANSATON 网址 支持 FDA 软件标签（仅限美国） 关于 DSL v5 关于 HANSATON scout

工具栏

工具栏位于应用的右上角。图标与功能的对应关系如下：



速览窗格

速览窗格位于右上角，显示有关助听器验配状态的信息。点击加号展开菜单，查看各标签包含的特定信息。

	顾客标签	顾客信息概述
	连接标签	助听器连接状态
	警告标签	当前验配过程中出现的所有帮助和警告信息
	顾客视图标签	在使用验配软件时，允许在第二个显示器上显示面向顾客的界面

计算


点击屏幕右上角的“计算”按钮，查看所有待处理更改和重新计算选项。将根据当前听力图、验配公式、助听器声学参数等数据，重新计算验配。计算选项的默认设置视待处理更改而定。



在验配时，如有重新计算建议，“计算”按钮将亮起。

静音/取消静音

指示助听仪器的当前状态：静音/取消静音。点击按钮中心，分别为每个设备或左右侧耳选择静音/取消静音。按钮中心还显示助听器的当前活动环境。



验配模式

点击按钮并从下拉框中选择所需设置，更改验配模式。当有顾客信息输入，且顾客年龄不满 18 岁时，验配软件将自动弹出窗口，提示您选择适合的验配模式选项。

如要编辑验配模式默认值，请转至 [选项 > 偏好设置 > 验配会话 > 儿童模式](#)。

工作流选择

在左上角，您可以通过验配软件选择两种工作流类型之一：

经典工作流

此工作流用于高级验配，可以详细查看所有参数。

FocussedFit 工作流

快速渐变的指导式工作流，可以查看关键参数。FocussedFit 工作流可以为您提供完成初始验配会话所需步骤的指导。

使用屏幕下方的“上一步”和“下一步”按钮，浏览这些步骤：

- | | |
|----|---|
| 顾客 | 在步骤 1，编辑顾客信息，例如听力图、顾客年龄和经验水平。 |
| 检测 | 在步骤 2，检测助听器。在检测到助听器后，点击“下一步”，然后在下一个屏幕上选择或确认声音设置。 |
| 调节 | 在步骤 3，使用响度、声调和语音感知以及适应控制（如适用）修改频率响应。 |
| 配置 | 在步骤 4 中，添加其他辅件，配置助听器用户控制、音量控制范围、Bluetooth® 设置和提示音。 |
| 完成 | 在步骤 5，将显示助听器配置的汇总。此屏幕会显示打印、保存或访问经典工作流的完整调节工具箱的快速连接。 |

准备助听仪器

Noahlink Wireless™

插入电池并合上电池仓门，即可打开助听仪器。对于可充电助听器，长按下方按钮 3 秒，直至指示灯变为绿色长亮再打开。设备将自动进入配对模式，持续 3 分钟。

如要连接的助听器未保存在当前会话中，则该助听器必须处于配对模式。如要连接的助听器已保存在当前会话中，则该助听器无需处于配对模式。

NOAHlink™ / HI-PRO®

耳背式/受话器内置式：打开电池仓门，将编程导线插入编程端口。将导线的另一端连接到 NOAHlink 或 HI-PRO（初始验配为将左耳配置为 40 dB HL 的平坦型平听力损失）。

定制式：取下电池仓门，插入编程导线。再将导线的另一端连接到 NOAHlink 或 HI-PRO。

iCube II

如为首次使用 iCube II，需要配置验配设备。选择选项 > iCube 配置，按照屏幕指示操作。将电池插入助听器，关闭电池仓门。将助听器放置在桌面的 iCube II 颈环内，或者将 iCube II 绕于顾客脖颈位置，再将助听器佩戴在顾客的耳朵上。

顾客菜单

信息

此屏幕显示顾客摘要、会话摘要和辅件。

经验水平

在进行初始验配计算后，所选经验水平将影响初始适应设置。选择首次、短期/临时或长期。

听力图

单击图表，将阈值添加到听力图中，或者单击右键显示更多选项。从下拉菜单中选择用于听力测试的传感器。在听力图界面底部输入测得的耳鸣匹配信息。

RECD

此界面提供输入真耳耦合腔差异 (RECD) 值或导入已有 RECD 值的选项。如未测得 RECD 值，将使用根据所选验配公式生成的适龄平均值。单击输入 RECD 按钮，输入 RECD 值。

REUG

此界面提供输入真耳未助听增益 (REUG) 值或导入已有 REUG 值的选项。如未测得 REUG 值，将使用根据所选验配公式生成的适龄平均值。完成 REUG 界面：单击图表，输入相应耳朵的数据。右键单击图表也可显示编辑点选项。选择使用输入值，使用输入到图表的 REUG 数据作为验配公式目标，或者选择 使用平均值，使用适龄 REUG 平均值。

设备菜单

选择

“选择”界面提供检测或模拟助听器的选项。检测：

1. 从下拉菜单中选择所需的编程接口。
2. 单击“检测”按钮执行检测。请确保助听器已按本指南“准备助听仪器”部分做好准备，以供检测。
3. 如果助听器中的数据与验配软件中存储的数据不同，请按照提示选择要使用的验配。

技术更改

此屏幕仅适用于 myChoice 试用版助听器。单击任一技术级别按钮，启动“更改技术级别”工作流。按照屏幕指示，更改所连助听器的技术级别。该工作流提供以下选项：

- **转移验配：**将当前客户会话中的程序结构、频率响应、声学、智能适应状态和辅件传输到助听仪器上。
- **创建新验配：**重置助听仪器，返回到推荐的默认设置。

选择所需选项，按照工作流中的步骤继续操作。在此过程中，助听器的数据实录将丢失。

声学

配置以下项：耦合件、通气孔、耳机挂钩、声管、耳塞和受话器类型。

耳背式和受话器内置式助听器

- 如果您订购了带有 smartVent 的耳模或 cShell，请输入代码，验配软件将自动使用最佳通气孔
- 如为耳背式助听器，请选择常规声管、细声管或超细声管（如适用）：
 - 如选择常规声管（耳机挂钩），请选择耳塞和通气孔大小。
 - 如选择细声管或超细声管，请选择耳塞、通气孔大小和声管长度。
- 如为受话器内置式助听器，请选择受话器、耳塞、导线长度（可选）和耳塞大小（可选）
 - 对于某些产品，验配软件会在检测过程中自动检测受话器。按下“检查”按钮，手动检查已验配受话器与您在验配软件中所选的是否为同一个。

定制式助听器

如为定制式助听器，您可配置通气孔。如果您订购了带有 smartVent 的定制产品，验配软件将自动读取代码并使用最佳通气孔。在模拟验配中，您可选择外壳和受话器类型。

辅件

此界面显示与已验配助听器兼容的辅件。选择辅件并点击加入验配按钮，将辅件加入验配。

预验配

大功率/超大功率预设置 (如适用)	经典版：信号处理弱，方向感知无。 现代版：加大扩音力度，侧重于语言清晰度，减少环境音 动感式：侧重于最高舒适度的语音清晰度
验配公式	选择所需的验配公式：BalanceFit、DSL v5 成人、DSL v5 儿童、NAL-NL1、NAL-NL2 和 NAL-NL2 声调语言。
处理策略	选择 DSL v5 成人或 DSL v5 儿童验配公式后，请选择所需处理策略：WDRC 或线性。如选择其他验配公式，只可选择 WDRC 处理选项。 使用 BalanceFit 验配公式，选择“清晰的语音呈现”可降低压缩比，提高 MPO。
耳鸣管理器策略	选择所需的耳鸣掩蔽器信号策略。如要查看和调整耳鸣掩蔽器噪声，请转至验配 > 调节 > 耳鸣管理器工具箱。
声音重塑策略策略	选择是否为左、右侧耳助听仪器独立计算高频重塑策略。

原位测听

在“InSituGram”屏幕，可通过助听仪器产生的信号评估听觉灵敏度和不适响度级别。InSituGram 测量结果可用来定义验配公式目标。

对于想要评估的耳朵，点击开始 InSituGram 按钮。按照“原位测听”工作流完成测试。

验配菜单

个性化调节

此屏幕可以查看关键的验配参数。

响度	调整整体响度或轻声/中声/大声。每一步都会增加或减少 3 dB 的增益设置。注：将鼠标悬停在控件上时，实际值会以工具提示的方式显示。
声调和言语感知	为语音信号和自己的声音调整音调平衡或增益。
适应适应周期	调整适应的起点和/或结束点（如有）。

参数调节

在“调节”界面，所有程序默认全选；这可确保在更改时，所有程序之间的相对差值保持不变。如需调整设置，请点击相应的工具箱。

智能适应	选中复选框后，将启用智能适应管理器。验配软件采用独有计算方法，为验配确定起始自适应管理器设置和自适应速率。
------	---

堵耳效应管理器	选择所需的堵耳效应设置，解决堵耳效应造成的不适。默认情况下，此功能会影响音乐程序外的所有程序。如需启用音乐程序的堵耳效应管理器，请选中相应的复选框。
低音增强器（如适用）	选择所需设置，提高低频增益和 MPO（低于 1 kHz）。
轻声/中声/大声控件	选择要调整的频率范围和输入级别。可通过单选特定输入、频道分组或两者全选，选择系列验配值。如要选择多个频率范围进行调整，可在表格上单击并拖拽。拖动表格底部的滚动条，可查看可见区域外的频率范围。
MPO/增益/CR 控件	选择要调整的频率范围和参数类型。如适用，可使用 TK 轻声语音调整微小声音的增益（必须先在偏好设置中启用此功能）。如要选择多个频率范围进行调整，可在表格上单击并拖拽。拖动表格底部的滚动条，可查看可见区域外的频率范围。
应用均衡器	在后续验配中，选择某个程序，将显示顾客通过应用程序应用到该程序的设置。
SoundRestore	点击启用 SoundRestore 复选框激活该功能。可使用“更多”或“更少”按钮，或者调整“可听度”/“区分度”和“辅音清晰度”/“元音音质”滑块，将高频重塑调整为所需设置，具体视产品而定。
验配建议	选择具体情境和关切，获得调整建议。
耳鸣管理器	点击启用耳鸣管理器复选框启用该功能。点击使用顾客控件调整噪声级别复选框，便可允许顾客使用其助听仪器来调整耳鸣噪声级别。如要选择多个频率范围进行调整，可在表格上单击并拖拽。拖动表格底部的滚动条，可查看可见区域外的频率范围。

配置功能

选择“配置功能”界面，调整助听器的自适应参数。选择程序，查看并更改自适应参数值。

程序管理器

此屏幕允许您添加或删除手动程序、复制程序、重命名程序、更改程序顺序以及分配 PhoneConnect/AutoDAI 访问权限（如适用）。如要手动添加程序，请在“可用程序”处点击相应程序旁边的箭头。

反馈优化

选择“反馈优化”界面，运行反馈测试。如果环境中存在可能影响测试的因素（例如，存在过多噪声），则结果包含测量值和预测的反馈阈值；且状态显示为“不完整”。如果在当前测试环境中能获得可靠测量值，重复测试之后，预测值将替换为测量值。反馈测试完成后，助听器增益受到限制，如图所示：

- 黑线 = 反馈阈值

-
- 灰线 = 助听器增益限制
 - 绿线 = 50 dB 纯音输入的目标限制
 - 红线或蓝线 = 50 dB 纯音输入的助听增益

自动 REM

如果适用，则将真耳测量 (REM) 的自动工作流与 Otometrics Aurical FreeFit 解决方案整合在一起。该分步工作流支持在验配软件中执行真耳测量。

结束验配菜单

助听器设置

选择“助听器设置”界面，配置助听器的用户控件功能。还可通过界面底部的工具箱，访问其他设备参数。

蓝牙	编辑其他蓝牙设备发现的助听器的名称，启用/禁用自适应宽带，选择蓝牙耳机的主耳。
TV Connector	配置助听器进入 TV Connector 连接范围后的行为。
音量设置	选择音量调节时所需的单次增/减量大小。
启动设置	选择所需的“启动程序”和“启动延迟”。启用/禁用可充电助听器从充电器中取出即打开的功能（如适用）。
数据实录	选择所需的数据实录行为。
程序切换排除	选择要从切换序列中排除的程序。
触控灵敏度	如适用，配置顾客所需触碰助听器的力度，激活触控功能。

蜂鸣声

演示和配置助听器的用户通知蜂鸣声。

设置蜂鸣声	为左、右耳分别选择蜂鸣声的强度和频率。
禁用蜂鸣声	取消选择蜂鸣声通知类型，为顾客停用蜂鸣声。
试用期 (如适用)	显示助听器发出“试用期结束”蜂鸣声的倒计时。

验配摘要

“验配摘要”界面提供助听仪器主要验配相关项的概述。结束会话前，可依据此表对验配设置和一般状态作最终核对。如有需要，可点击更多信息按钮，查看更多详细信息。

此屏幕也包含打印、保存或关闭会话选项。

使用记录

使用记录

此界面提供有关顾客与助听器交互情况的洞察。屏幕中央的图表显示了在不同类型的聆听环境中所花费的时间百分比。表格提供所有程序平均使用情况和音量调控的相关信息。此屏幕还显示以前会话的历史记录和顾客使用时间。

Lifestyle Analyzer

此界面提供顾客聆听生活方式的概述。将置于真实声学场景的所有聆听情况按照助听器分类，并对应到所定义的聆听环境中。

历史记录	查看以前会话的 Lifestyle Analyzer 历史记录。
技术级别对比	显示当前技术级别和其他可用级别。
分数	每个技术级别都有两个分数——覆盖度分数和性能分数。
覆盖度界面	显示助听器的有关数据，该数据表明技术级别在顾客所处聆听环境中的优化情况。条形图下方的框显示顾客在各聆听环境中的用时百分比。
性能界面	在“聆听复杂度”下选择“高”或“低”。 如选“聆听复杂度高”环境，“语音方向”显示技术级别基于顾客个人聆听生活方式，管理来自不同方向的语音的情况。 如选“聆听复杂度低”环境，“声音感知”显示技术级别为顾客周围的语音和其他声音提供感知的情况。

曲线显示选项

除反馈优化图外，验配软件所显示的所有曲线都基于假定语音输入而生成的目标。在任何显示图表的界面，都可点击图表右上方的曲线显示图标，更改显示方式。此处进行的调整同时应用于左右两侧的图表。

在验配软件的不同界面，有不同的选项可供选择。

主菜单

主菜单选项概述见本指南“结构和介绍”部分。以下是部分菜单项的详细信息。

验证模式

验证模式可通过助听仪器 > 验证模式找到。使助听器进入验证模式，可在不受自适应功能干扰的情况下进行测试。三个选项如下：

- 自适应功能激活：默认状态
- 真耳验证：除直接声音管理和输入选择外，禁用所有功能
- 2cc 耦合腔验证：所有自适应功能和输入选择禁用

转移验配

可通过助听仪器 > 转移验配，访问“转移验配”工作流。转移验配协助验配转入另一助听器，或从另一助听器中转出。

创建培训会话

培训模式用于演示各界面的全部功能，如同助听器已连接。在主菜单的帮助 > 创建培训会话中可以访问培训会话。

选择顾客，然后创建培训会话。您可以模拟助听器检测以及测试（如反馈优化测试）的整个工作流。您还可以模拟数据实录信息，包括 Lifestyle Analyzer（如适用）。培训会话无法保存。

重要安全信息

HANSATON scout 配置软件属于医疗器械。因此，使用本产品存在一定的危害风险，有鉴于此，只有具备适当资质的 HCP 才能根据本用户指南使用 HANSATON scout 配置软件，且要理解和注意其中包含的警告信息。

预期用途：

这是一款独立的配置软件，专供合格的听力保健专家使用，以根据预期用户的特定要求，为助听器进行配置、编程和验配。

本用户指南提供有关使用 HANSATON scout 对助听器进行配置的详细介绍。如需电子版，请访问：<https://www.hansaton.com/instr>。

预期用户：

合格的听力保健专家。

预期患者群体：

本软件适用于单侧或双侧耳轻度至极重度听力损失或伴发慢性耳鸣、需要配置助听器的患者。耳鸣平衡功能适用于年满 18 岁的患者。

适应症:

请注意，适应症源自兼容的助听器，而非验配软件。使用助听器和耳鸣掩蔽器的一般临床适应症为：

- 患有听力损失
 - 单侧或双侧
 - 传导性、感音神经性或混合性
 - 轻度至极重度
- 患有慢性耳鸣（仅适用于提供耳鸣掩蔽器的助听器）

禁忌症:

请注意，禁忌症源自兼容的助听器，而非验配软件。使用助听器和耳鸣掩蔽器的一般临床禁忌症为：

- 听力损失不在助听器的验配范围内（即增益、频率响应）
- 急性耳鸣
- 耳部畸形（即耳道闭锁、耳廓缺失）
- 神经性听力损失（蜗后病变，如听觉神经缺失/失活）

需寻求医学或其他专家意见和/或治疗的转诊患者主要标准如下：

- 可见的先天性耳部畸形或耳部外伤
- 过去 90 天内做过耳部主动引流
- 过去 90 天内单侧或双侧耳朵发生突发性或快速进行性听力减退
- 急性或慢性眩晕
- 在 500 Hz、1000 Hz 和 2000 Hz 时，听力测定的气骨导差等于或大于 15 dB
- 发现耳道内有大量耵聍积聚或异物
- 耳部疼痛或不适
- 耳膜和耳道外观异常，例如：
 - 外耳道发炎
 - 耳膜穿孔
 - 听力保健专家认为需要进行医学检查的其他异常情况

在以下情况下，听力保健专家可能会判断患者不适合转诊，或转诊不符合患者的最大利益：

- 有充分证据表明，医学专家已对病情进行全面检查，并已提供任何可能的治疗方法。
- 自上次检查和/或治疗以来，病情没有恶化或明显变化。
- 如果患者已知情且有能力决定不接受寻求医学意见的建议，则可以继续推荐合适的助听器系统，但需考虑以下因素：
 - 该推荐不会对患者的健康或总体福祉产生任何不良影响；
 - 记录确认已对患者的最大利益进行所有必要的考虑。如果法律要求，患者已签署免责声明，以确认转诊建议未被接受并且是在知情的情况下做出的决定。

使用限制:

HANSATON scout 验配软件的使用仅限于验配和调整兼容的设备。HANSATON scout 验配软件不得用于任何诊断目的。

兼容的助听器:

平台	外形尺寸
HANSATON FOKUS	所有已发布的外形尺寸
STRATOS	所有已发布的外形尺寸
EXCITE PRO	所有已发布的外形尺寸
EXCITE	所有已发布的外形尺寸
SPHEREHD	所有已发布的外形尺寸
EASEHD	所有已发布的外形尺寸
EASE	所有已发布的外形尺寸
FLOW+	所有已发布的外形尺寸
FLOW	所有已发布的外形尺寸

副作用:

请注意，副作用源自兼容的助听器，而非验配软件。

您的听力保健专家或可解决或减轻助听器的生理副作用，例如，耳鸣、眩晕、耵聍堆积、压力过大、发汗或出汗、水泡、瘙痒和/或皮疹、堵塞或发胀及其引起的头痛和/或耳痛等。传统助听器有可能使患者暴露于更高级别的声音，这可能会导致受声外伤影响的频率范围发生阈值偏移。

临床好处:

对患者的好处是，验配软件能够根据个人需要设置并将这些设置存储到助听器中。对听力保健专家的好处与患者管理有关。

风险:

就本验配软件而言，风险通过其要编程的助听器表现出来。也就是说，验配软件本身不能直接对助听器的使用者（听力保健专家）或佩戴者造成伤害，但其使用（或误用）可能导致：

- 向患者分发错误编程的助听器，和/或
- 在验配会话/演示会话中，通过助听器向患者传输有害的较大声音。

这些风险极低，但听力保健专家和助听器佩戴者都应予以注意。

！ 高 MPO

两侧助听器的 MPO 均超过 132 dB（耳模拟器）

！ 高耳鸣管理器噪声等级

两侧助听器的噪声发生器级别均超过 80 dB(A)。在列出的程序中要小心使用。

! 受话器问题

已连接受话器和选定受话器不相同。选择正确的受话器。

! 对应侧信息错误

助听器应配置在对侧。允许换侧。

! 测试设置

从顾客耳朵上取下助听器。验配数据可在流程结束时恢复。

合规信息和符号说明

合规信息

欧洲：符合性声明

Sonova AG 在此声明，本产品符合医疗器械（欧盟）第 2017/745 号法规的要求。

用户指南可通过访问本验配软件的帮助功能获得。所有版本验配软件的所有适用语言电子版用户指南可通过以下网页访问：

<https://www.hansaton.com/instr>

如需获取使用说明的免费纸质副本，请联系您当地的制造商代表。将在收到您申请的 7 日内寄出副本。

如出现与本产品有关的严重事故，应报告制造商代表和所居住地区的主管部门。严重事故指的是已经或可能直接或间接导致以下任何一种情况的事件：

- 患者、用户或其他人员死亡
- 患者、用户或其他人员的健康状况暂时或永久性严重恶化
- 严重的公共卫生威胁

安全须知

患者数据是私人数据，务必仔细保护：

- 确保您的操作系统为最新版本
- 确保您安装的验配软件为最新版本
- 激活 Windows 用户登录，使用复杂的密码，并确保对凭证保密
- 使用适当且最新的恶意软件和防病毒防护

根据国家法律，可能要求您加密所有患者数据，以免在数据丢失和/或失窃的情况下承担责任。

您可以使用驱动器加密（例如，免费的 Microsoft BitLocker），保护 PC 上的所有数据。如果您使用 Noah，可以考虑使用 Noah 数据库加密。

始终确保数据安全。请注意，此列表并非详尽无遗。

- 通过不安全的频道传输数据时，请发送匿名数据或对其进行加密。
- 保护数据备份不仅要防止数据丢失，还要防盗。
- 删除数据介质中所有不再使用或要弃用的数据。

软件维护

我们一直关注市场的反馈。如您在使用最新版验配软件时遇到任何问题，请联系您当地的制造商代表。

符号说明

 0459	Sonova AG 通过 CE 标志确认本产品符合医疗器械（欧盟）第 2017/745 号法规的要求。CE 标志后面的数字与根据上述规定进行咨询的认证机构的代码一致。
	名称、地址、日期 欧盟第 2017/745 号法规中定义的“医疗器械制造商”和“制造日期”组合符号。
	表示欧盟授权代表。 EC REP 也指欧盟进口商。
	表示设备属于医疗器械。
	表示制造商的目录号，以便识别医疗器械。
	表示可提供电子版的使用说明。可从网址 www.hansaton.com 获取说明。
	此符号表示用户阅读并思考用户指南中的相关信息很重要。
	提供有关功能或特性的进一步说明。
	指示功能限制或强调需要引起注意的重要信息。
	指示出现问题并需要更正才能继续。
	HIMSA 认证标识 NOAHSEAL。


系统要求

操作系统	<ul style="list-style-type: none">Windows 11、家庭/专业/企业/教育版Windows 10、家庭/专业/企业/教育版
处理器	Intel Core 或更高性能
RAM	8 GB 或更多
硬盘空间	4 GB 或更多
屏幕分辨率	1280 x 1024 像素
患者副显示屏分辨率	1366 x 768 像素
图形卡	1,600 万色 (24 位) 屏幕或更高
驱动器	DVD-ROM
串行 COM 端口	一个，供 HI-PRO 需要串行 COM 端口连接时使用
USB 端口	<ul style="list-style-type: none">蓝牙适配器
一个，用途如下	<ul style="list-style-type: none">辅件编程HI-PRO USB / HI-PRO 2 / iCube II / Noahlink Wireless
编程接口	<ul style="list-style-type: none">iCube IINOAHlink / Noahlink WirelessHI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
Noahlink 驱动程序	最新版本适用
Noahlink Wireless 驱动程序	最新版本适用
网络连接	高度推荐
声卡	立体声
播放系统	20 Hz – 14 kHz
NOAH 版本	最新版本 (NOAH 4.4.2280 或更高)
请在以下网址查看 Windows 操作系统的 NOAH 限制： http://www.himsa.com	
自动 REM	<p>Noah 4.4.2280 或更高版本 Natus® Otosuite 4.81.00 或更高版本 用于 REM 的 Natus Aurical FreeFit 和用于测试框测量的 Aurical HIT</p>
Bluetooth® 文字商标和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，Sonova AG 对此类标志的任何使用均已获得许可。	



Sonova AG • Laubisrütistrasse 28 •
CH-8712 Stäfa • 瑞士

hansaton.com



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen • 德国



058-5237-055
HANSATON scout 5.5

